

## Запрос ценовых предложений

**Объект закупки: поставка расходных материалов для артроскопии для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи**

**Москва**

**«01» августа 2016 г.**

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку расходных материалов для артроскопии для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставяемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году.**

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте [zakupki@monikiweb.ru](mailto:zakupki@monikiweb.ru) и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

**Поставка расходных материалов для артроскопии для отделения  
травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной  
медицинской помощи**

Наименование товара (работы, услуги)	Функциональные, технические, качественные характеристики (в случае соответствия ТЗ, приложить ТЗ)	Ед.изм.	Кол- во
Фиксаторы для проведения артроскопических операций; шайба	Фиксатор реконструктивный для кортикальной фиксации сухожильного трансплантата при пластике КС - должен представлять собой плоскую титановую пластину с отверстиями, в которые пропущены не менее двух высокопрочных нитей, имеющих различную цветовую маркировку: для проведения пластины и фиксации трансплантата. Форма, размер и расположение отверстий для нити, фиксирующей трансплантат, должны обеспечивать надежную, двойную фиксацию нити: за счет механического давления и силы трения, препятствующих смещению. Должна быть возможность установки минимальной длины петли (не менее 5 мм), фиксирующей трансплантат. Упаковка должна быть стерильная.	Штука	90
Фиксаторы для проведения артроскопических операций; винт интерферентный	Винт должен иметь специальную микропористую структуру, ускоряющую замещение костной тканью. Должна быть специальная резьба, снижающая риск повреждения трансплантата. Винт должен быть канюлированным. Диаметр винта 8- 9 мм, длина 28- 30 мм (отклонение от заданного параметра не более 5%).	Штука	90
Фиксаторы для проведения артроскопических операций; приспособление для внутренней фиксации - 5,0 якорный фиксатор-саморез с нитью и иглой	Якорный фиксатор - саморез должен быть изготовлен из титанового сплава. Саморез должен иметь форму винта, диаметром не менее 5+-10% мм. В отверстия в основании фиксатора должна быть проведена особопрочная нить №2 с иглами на ее концах . Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Предназначен должен быть для рефиксации сухожилий вращательной манжеты плечевого сустава к кости.	Штука	30
Фиксаторы для проведения артроскопических операций; приспособление для внутренней фиксации -5.5 якорный фиксатор	Безузловой якорный фиксатор должен быть биоабсорбируемым. Должен представлять собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра, через которую проведена металлическая петля, и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Фиксатор должен быть укреплен на одноразовом инсертере. Поставляться должен в стерильной упаковке.	Штука	30