

## Запрос ценовых предложений

### Объект закупки: поставка устройства для ирригоскопии и кишечных промываний

Москва

«04» апреля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку устройства для ирригоскопии и кишечных промываний (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки апрель 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году**.

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте [zakupki@monikiweb.ru](mailto:zakupki@monikiweb.ru) и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

**Приложение 1**

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИРРИГОСКОПИИ И КИШЕЧНЫХ  
ПРОМЫВАНИЙ (ОДНОРАЗОВОЕ)**

**Устройство для ирригоскопии (рентгенологическое исследование)** предназначено для исследования прямой кишки больного, а также кишечных промываний и лечебных вливаний.

**Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний исполнение №1 выпускается двух видов** (в зависимости от размеров наконечника): для детей - наконечник №1 и взрослых наконечник №2.

**В комплект устройства для ирригоскопии и кишечных промываний входят:**

- наконечник;
- зажим;
- прозрачная трубка.

Ирригоскопия - исследование, которое помогает подтверждать диагноз рака и воспалительных заболеваний ободочной и прямой кишок, а также выявлять полипы, дивертикулы и структурные изменения стенки толстой кишки. С помощью трубки осуществляется присоединение устройства к аппарату Боброва или к кружке "Эсмарха".

Наконечник устройства должен быть из пластичного полимера, исключающего травмирование тканей прямой кишки, перекрывать ее просвет. Форма наконечника исключает его самопроизвольное выпадение и строго ограничивает глубину его проникновения в просвет прямой кишки.

**Диаметр наконечника:**

для	детей	-	16	мм,
для	взрослых	-	23	мм;

длина устройства - не менее 1500 мм.

Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний однократного применения должно быть нетоксично, апиrogenно, стерильно.

**Упаковка:** Изделие должно быть упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения.

Срок годности не менее 2 лет.