

Запрос ценовых предложений

Объект закупки: поставка пленки термографической медицинской для аппарата SONY UPT - 736 VL

Москва

«04» апреля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку пленки термографической медицинской (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки апрель 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году**.

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

**Техническое описание
(таблица технического соответствия)
на поставку пленки для аппарата SONY UPT-517BL**

№ п/п	Описание требований	Наличие функций или величина параметра	Наличие функций или предлагаемая величина параметра	Примечание
1.	Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава России	наличие		
	Письмо о непринадлежности к объектам обязательной сертификации	наличие		
2. Сенситометрические и структурометрические характеристики				
2.1.	Толщина основы	175мкм		
2.2.	Оптическая плотность	D min <0,22 и D max >3,20		
2.3.	Модели принтеров	для DICOM-принтеров Filmstation Sony UP-DF500, UP-DF500/1, UP-DF550		Эквивалент не допускается
2.4.	Нечувствительная к свету	Соответствие		
2.5.	Количество листов в упаковке	125 листов		
3. Гарантийные обязательства				
3.1.	Гарантийный срок хранения	18 месяцев		

Наименование	Размер	Количество
Плѐнка термографическая медицинская для аппарата SONY UPT - 736 BL	125 листов по 20x25 см	2 пачки