

## Запрос ценовых предложений

### Объект закупки: поставка ретракторов и сверл для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Москва

«12» июля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку ретракторов и сверл для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки июль 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году.**

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте [zakupki@monikiweb.ru](mailto:zakupki@monikiweb.ru) и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

## Приложение 1

### Поставка ретракторов и сверл для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Функциональные, технические, качественные характеристики	Ед.изм	Количество
1	ретрактор	Ретрактор мягких тканей с одним зубцом должен быть шириной рабочей части 40 мм х длиной 290мм . Зубец должен находиться в срединной части и иметь длину 2см	шт	2
2	ретрактор	Ретрактор мягких тканей с одним зубцом должен быть шириной рабочей части 35 мм х длиной 360мм . Зубец должен находиться в срединной части и иметь длину 2см. Рабочая часть ретрактора должна состоять из двух частей: матового основания и гладкого, отполированного до абсолютного зеркального блеска фланца с зубцами . Фланец должен быть длиной не менее 90мм	шт	2
3	ретрактор	Ретрактор мягких тканей формы «вилка» с двумя зубцами одинаковой длины, длина зубцов должна составлять 10мм, ширина рабочей части ретрактора должна составлять 25 мм и иметь длину 390мм	шт	2
4	ретрактор	Ретрактор мягких тканей с одним зубцом должен быть шириной рабочей части 25 мм и длиной 360мм . Зубец должен быть плавно закруглен, находиться в срединной части , иметь длину 10мм. Рабочая часть ретрактора должна состоять из двух частей: матового основания и гладкого, отполированного до абсолютного зеркального блеска фланца с зубцами . Фланец должен быть длиной не менее 90мм	шт	2
5	сверло	диаметр 2,7 мм, канюлированное, быстрое соединение	шт	1
6	сверло	диаметр 3,2 мм, канюлированное, быстрое соединение	шт	1
7	сверло	диаметр 4,5 мм, канюлированное, быстрое соединение	шт	1
8	сверло	диаметр 2,5 мм, две канавки, быстрое соединение	шт	3
9	сверло	диаметр 2,7 мм х 100мм, быстрое соединение	шт	3
10	сверло	диаметр 4,3 мм х 195мм, быстрое соединение	шт	3