

Запрос ценовых предложений

Объект закупки: поставка флоуриметров с увлажнителем

Москва

«16» августа 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку флоуриметров с увлажнителем (Приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года. Поставка планируется в **2016 году**.

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдается ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437

Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Поставка флуориметров с увлажнителем

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

1. Спецификация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Флуориметр с увлажнителем	шт.	32

2. Техническая характеристика

№ п/п	Технические данные	Ед. изм.	Кол-во
1	<p>-Крышка из хромированной латуни</p> <p>-Градуированная бюретка от 1 до 15 л/мин из прозрачного макралона, где в конусообразном внутреннем пространстве поступает алюминиевый поплавок, установленный на черной анодной шайбе;</p> <p>- закрывающая защитная крышка бюретки, выполненная из прозрачного макралона</p> <p>- корпус из хромированного алюминия</p> <p>- регулирующий кран</p> <p>- впускной патрубков</p> <p>- увлажнитель (при установке)состоит из:</p> <p>- рассеиватель кислорода, с большой поверхностью и малой толщиной, который позволяет кислороду рассеиваться в микропузырьках и насыщаться в микропузырьках и насыщаться влагой</p> <p>- емкость из макралона в виде «бутылки» для контроля уровня воды и кллокотания газа Г аз: Кислород - Воздух</p> <p>Поток: 0-15 лит/мин с точностью 10%</p> <p>Рабочая температура: -20/+60 гр.С</p> <p>Давление подачи: 3,5 бар, мах 6 бар.</p> <p>Используемое давление: 760 mmhg</p> <p>Предоставляется:</p> <p>- сертификат соответствия</p> <p>- регистрационное удостоверение на изделие</p> <p>- декларация соответствия на изделие</p> <p>Товар новый, не восстановленный, не бывший в употреблении.</p> <p>Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты отгрузки.</p>	Шт.	15