

Запрос ценовых предложений

Объект закупки: Стенд металлический с лекарственным покрытием

Москва

«25» апреля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на ***Стенд металлический с лекарственным покрытием (приложение 1)*** (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставяемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 10-30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки II-квартал 2016 года. Поставка планируется в 2016 году.

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдается

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Стенд металлический с лекарственным покрытием

Наименование параметра по ТЗ	Значение по ТЗ
Материал	Кобальт-хромовый сплав или платино - хромовый сплав
Лекарственное покрытие	зотаролимус или эверолимус
Доза лекарственного вещества на единицу площади $\mu\text{г}/\text{см}^2$	не более 160
Профиль стента для диаметра 3 мм (inch)	не более 0,43
Рентгеноконтрастные маркеры, шт	не менее 2-х
Толщина страт (inch)	не более 0,0036
Дизайн и конструктивные особенности стента	Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помощью точечной лазерной спайки или в виде ряда волнистых колец, соединенных не менее 3мя изогнутыми перемычками (link) по типу "вершина-к-впадине" или в виде спиралевидного двухконнекторного дизайна со смещенными по отношению друг к другу вершинами сегментов.
Тип катетера	Быстрой смены
Совместимость с проводниковым катетером, размером F	не более 5
Диаметр проводника	0.014"
Рабочая длина катетера, см	Не менее 140 см, не более 144
Номинальное давление , атм.	Не менее 8 не более 12 атм.
Расчетное давление разрыва, атм	Не менее 16 не более 18 атм.
Длина, мм	8/12/15-16/18-20/22-24/28-30/32-34/38
Диаметр, мм	2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0