

Запрос ценовых предложений

Объект закупки: поставка инструментов для артроскопии для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Москва

«26» июля 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку инструментов для артроскопии для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (приложение 1) (далее-товар).

Товар должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 61/2.

Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных передаточных документов), выставяемых Поставщиком, после приемки учреждением товаров по количеству и качеству.

Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август 2016 года. Поставка планируется **в 2016 году.**

Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия контракта.

Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу. Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к закупке товары.

Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся

ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Данный запрос носит исключительно информационный характер, не является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по приобретению указанных товаров.

Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Приложение 1

Поставка инструментов для артроскопии для отделения травматологии и ортопедии в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Функциональные, технические, качественные характеристики	Ед.изм	Количество
1	Шейвер	Шейвер должен быть совместим с системой Торнадо и иметь головку для удаления мягких тканей. Шейвер должен состоять из внешней трубки с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающего на тип шейвера(полнорadiusный). Размер лезвия должен быть не более 4 мм в диаметре. Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части должно быть окрашено . Должен поставляться в упаковке, не менее 5 шт. в каждой упаковке. Шейвер должен быть в стерильной упаковке.	упаковка	9
2	Шейвер комбинированный 4,2 мм	Шейвер должен быть совместим с системой Торнадо Микро и иметь головку для ультраагрессивного удаления как мягких тканей, так и костных образований. Размер лезвия должен быть не более 4,2 мм. Внешняя трубка должна устанавливаться в крепежной части, тело крепежной части должно быть окрашено. Должен поставляться в упаковке, не менее 5 шт. в каждой упаковке.	упаковка	9
3	Бур	Бур должен быть совместим с системой Торнадо и иметь головку для удаления костных тканей. Шейвер должен состоять из внешней трубки с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающего на тип бура(круговой). Размер лезвия должен быть не более 4 мм в диаметре. Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части должно быть окрашено . Должен поставляться в упаковке, не менее 5 шт. в каждой упаковке. Бур должен быть в стерильной упаковке.	упаковка	9